

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

(Нижнетагильский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3, тел.: 8 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospoterebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адреса мест осуществления деятельности: 622036, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 86, литер А, А1, Б

тел.: (3435) 25-14-55, e-mail: mail_09@66.rospoterebnadzor.ru;

Реквизиты: ОКПО 01927265; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/662343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510431



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Нижнетагильского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
заместитель руководителя ИЛЦ

А.В. Мальков
09.01.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 09/33746-24 от 09.01.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Реуцкая Е.А.

2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, 89-50

3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина №148, Свердловская область, Артинский район, с. Манчаж, пер. Советский, 8а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.11.2024 с 12:00 до 12:10

Ф.И.О., должность: Реуцкая Е. А.,

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.11.2024 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 3535 от 31.10.2023

Образец для испытаний предоставлен заказчиком.

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб, за информацию, предоставленную заказчиком (об объекте испытаний, дате и времени отбора, условиях отбора проб, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, месте отбора, НД на отбор проб и НД, устанавливающие требования к объекту испытаний).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 05.24.33746 к 9-НТ

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МР 2.6.1.0064-12 Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа
ФР.1.38.2011.10033 Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции промышленных предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма и бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК» и гамма-спектрометра МКСП-01 «РАДЭК»

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЕК-600i	P1829685	25313-06	C-CE/11-09-2024/370697991 от 11.09.2024	10.09.2025
2	Весы циферблатные РН-10Ц13У	50101	16216-97	C-CE/11-09-2024/370699639 от 11.09.2024	10.09.2025
3	Гиря 500 г F1	-Z-19125044	36068-07	C-CE/27-09-2024/374614991 от 27.09.2024	26.09.2025
4	Гиря 1 кг F1	-Z-18026625	36068-07	C-CE/27-09-2024/374615361 от 27.09.2024	26.09.2025
5	Спектрометр-радиометр гамма, бета и альфа излучения МКГБ-01 "Радэк"	286	21730-13	C-CE/27-11-2024/390654649 от 27.11.2024	26.11.2026
6	Весы лабораторные электронные НР-60	12326914	44189-10	C-CE/11-09-2024/370891263 от 11.09.2024	10.09.2025
7	Гиря 50 г F1	-Z-37125296	52768-13	C-CE/08-04-2024/330892336 от 08.04.2024	07.04.2025
8	Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000	1964	16297-18	C-BAГ/26-08-2024/365816077 от 26.08.2024	25.08.2026

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86, литер Б

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Лаборатория контроля физических и радиологических факторов Образец поступил 27.11.2024 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 33746 дата начала испытаний 27.11.2024 16:00 дата выдачи результата 28.12.2024 16:12					
1	Удельная активность Rn-222 / Rn-222	Бк/кг	12,6±3,8	не более 60	ФР.1.38.2011.10033
2	Суммарная альфа-активность / Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,053±0,021	не более 0,2	МР 2.6.1.0064-12
3	Суммарная бета-активность / Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	менее 0,067	не более 1	МР 2.6.1.0064-12
Дополнительная информация: Результаты испытаний №№ 1-2 выданы с учетом погрешности при P=0,95. ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кравец О. В., врач-лаборант ЛИИФиРФ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ейськова Е. А., помощник врача отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения

конец протокола испытаний № 09/33746-24 от 09.01.2025